

Số: 565/TB-BVTH

Thiệu Hoá, ngày 16 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: ***Mua sắm máy điện trị liệu đa năng và monitor nhi khoa theo dõi bệnh nhân phục vụ công tác khám, chữa bệnh*** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa - Thị trấn Thiệu Hóa - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Lê Thị Hằng - Trưởng khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa - Thị trấn Thiệu Hóa - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0912810063

Địa chỉ email: lehangbvth@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:*

Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa - Thị trấn Thiệu Hóa - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tải thông báo mời chào giá).

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: *(chi tiết phụ lục 01 kèm theo)*

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa - Thị trấn Thiệu Hóa - Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày hai bên ký

kết hợp đồng.

4. Yêu cầu các đơn vị báo giá đăng rõ quy cách hàng hóa

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: theo số lượng giao hàng thực tế hàng tháng tại Bệnh viện trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá

- Bảng báo giá

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in hoặc 01 bản mềm

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;

- Lưu: VT; KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Lâm

PHỤ LỤC

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 565/TB-BVTH ngày 16 tháng 5 năm 2025)

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy điện trị liệu đa năng	Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 Cái Cáp màu đen: 02 Cái Cáp màu đỏ: 02 Cái Điện cực cao su chì: 04 Cái Bọc điện cực cao su chì: 04 Cái Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 Bộ Số kênh đầu ra: 2 Các dòng: - Dòng Galvanic ngắt quãng - Tens và Biphasic - Diadynamic 50, 100 Hz, CP, LP - Dạng chữ nhật và dạng tam giác - Dòng giao thoa - Kotz Màn hình 5,7 inch Có chương trình cài đặt sẵn Có bộ nhớ	Bộ	1
2	Monitor theo dõi bệnh nhân	Màn hình: 10.4"/800 X 600 Kích thước/Trọng lượng: BM5 276 x 262 x 176 / Approx 4 kg Các thông số: BM5 ECG, Nhịp tim, Nhịp thở, SpO2, Nhịp mạch, HA tâm thu, HA tâm trương, HA trung bình, ETCO2, FiCO2, Nhịp thở đường thở, 2CH-IBP,	Chiếc	1

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		2CH-Nhiệt độ Hiển thị: 6 dạng sóng: 2*ECG, SpO2, RR hoặc ETCO2, 2*IBP Phân loại Đèn cảnh báo trực quan (3 mức ưu tiên) Âm xung SpO2, Trạng thái pin, Đèn LED nguồn ngoài Pin: Pin nạp 3250 mAh (or optional 6500 mAh) Không thấm nước: IEC 60529:2013 Cấp độ bảo vệ được cung cấp bằng vỏ bọc, IPX2 Lưu trữ: 168 giờ (tiết kiệm khoảng thời gian 1 phút) Phụ kiện: Cáp ECG: 01 cái Sensor đo SPO2 trẻ sơ sinh: 01 cái Cáp nối dài đo SPO2: 01 cái Bít đo huyết áp trẻ sơ sinh: 01 cái Ống nối đo huyết áp: 01 cái Giấy in: 02 Nguồn AC/DC: 01 Dây nguồn: 01 Máy in nhiệt và pin nạp lắp sẵn trong máy: 01		

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		Sách HDSD tiếng anh, tiếng Việt gửi file mềm: 01 Cảm biến nhiệt độ: 01		